

Radiazioni non Ionizzanti:

1. Durante le terapie con microonde o radiofrequenza

- a. L'operatore deve assistere il paziente per tutta la durata del trattamento
- b. L'operatore deve sostare nel locale per il tempo strettamente necessario alla preparazione di paziente
- c. L'operatore non può accedere al locale durante il trattamento

2. Quando il laser è in funzione

- a. Bisogna tenere spenti i telefoni cellulari
- b. Il personale presente deve essere ridotto al minimo
- c. Bisogna indossare il dosimetro

3. Prima di mettere in funzione il laser si deve

- a. chiudere la porta
- b. Eliminare gli oggetti magnetizzati
- c. indossare i guanti

4. In caso di uso di laser gli occhiali di protezione si devono usare

- a. Sempre quando il laser è in funzione
- b. Solo quando il fascio si riflette sui ferri chirurgici
- c. Solo quando si utilizza il microscopio

5. Per accedere al reparto Risonanza Magnetica

- a. È necessaria l'autorizzazione del Medico Responsabile dell'attività dell'impianto
- b. Tutti possono accedere
- c. I medici non hanno bisogno di autorizzazione

6. Nel locale magnete, quando non si fanno esami

- a. Non ci sono più rischi perché la macchina è spenta
- b. Il campo magnetico è sempre presente
- c. I campi magnetici ed elettromagnetici sono ridotti al minimo

7. a durata della permanenza nel locale magnete

- a. Non ha limitazioni se non si portano protesi
- b. Si può accedere solo una volta al giorno
- c. Deve rispettare il tempo stabilito dall'Esperto Responsabile della sicurezza dell'impianto

8. Gli organi bersaglio dei raggi UV sono

- a. le gonadi
- b. gli occhi e la pelle
- c. il fegato

9. Le lampade UV per la sterilizzazione degli ambienti dovrebbero essere accese

- a. solo quando il personale è presente
- b. solo quando il personale non è presente
- c. è indifferente

10. I dispositivi di protezione individuale da utilizzare in relazione al rischio da raggi UV sono

- a. occhiali
- b. guanti
- c. camice impermeabile

Risposte corrette:

1. b	3. a	5. a	7. c	9. b
2. b	4. a	6. b	8. b	10. a

